

农学院实验室安全检查通报

2021 年第 4 期

2021 年 6 月 9 日

6 月 9 日，共发现农学院实验室 84 处安全隐患，现将本次检查情况通报如下：

一、 总体情况

6 月 9 日，农学院安全组检查发现的问题主要集中在危化品管理、个人防护等方面，具体如下：

1. 危化品台账记录不完整，账物不符合，易制毒、易制爆登记本在行政楼 A217 领取；
2. 危化品放置不符合规范，如：易燃、易制毒、易制爆药品混放；固体药品叠放；易制毒、易燃、易制爆的药品使用后，未及时放回危化品柜等；
3. 部分实验室内没有消防设施，灭火器过期要及时更换，灭火器要放在显眼的位置，请自备盛放灭火器的架子；
4. 部分实验室内未专门规划出实验室废弃物存放区，请用黄色胶带规划出相应的区域；
5. 实验室废弃物收集处置不规范，如废液桶、废胶桶未张贴标签；废胶桶未盖等；
6. 废液桶不能叠加放置，下面要有托盘，防止废液外漏等；
7. 试剂存放不符合要求，如：试剂瓶盛放液体未贴上标签，有些试剂瓶上的标签已腐蚀、模糊不清，试剂敞口放置等；
8. 请放置在公共区域的仪器，一定要贴上实验室与基地处配发的标签；
9. 个人防护不规范，如学生做实验时未穿实验服；
10. 特种设备如灭菌锅使用登记不规范；
11. 实验垃圾未进行分类；
12. 实验室内饮食；


13. 通风橱内乱堆放杂物；
14. 仪器遮挡配电柜；
15. 部分超净工作台未配备灭火毯；
16. 药品箱内的药品有些已过期，未及时补充。

请各课题组于**6月18日**前完成整改。请将整改后的照片整理成

WORD 文档，发送至邮箱：koujing@njau.edu.cn。

二、部分现场问题照片

理科楼 C803 , 负责人 : 严远鑫



试剂未贴标签




三氯甲烷未入库



试剂敞口放置




废弃手套随处放



实验室饮食



通风橱脏乱, 玻璃视窗未关



危化品台账与实际数量不符



危化品柜未上锁, 试剂标签已腐蚀

理科楼 C804-805, 负责人: 邹保红



冰箱内使用电器

易制毒 危险化学品使用登记台账 (使用)

实验室: _____ 实验室负责人: _____ 实验室安全负责人: _____

序号	品名	入库		出库		保管员1	保管员2	库存 (ml/g)	备注
		数量 (ml/g)	日期	数量 (ml/g)	日期				
例	硫酸	1000	2018.3.15	500	2018.3.19	张三	李四	1000	
	三氯甲烷	500	2019.5.20	497	2019.5.20	张三	李四	495	
	三氯甲烷	500 x 10	2018.12.1	2000ml	2019.6.20	张三	李四	2000ml	2019.6.20
	三氯甲烷	2000ml	2018.6.12	23ml	2018.6.12	张三	李四	2000ml	2018.6.12
	三氯甲烷	2000ml	2018.6.12	12ml	2018.6.12	张三	李四	2000ml	2018.6.12
	三氯甲烷	2000ml	2019.6.18	400ml	2019.6.18	张三	李四	2000ml	2019.6.18
	三氯甲烷			24ml	2019.6.18	刘鹤	张三		
	三氯甲烷			48ml	2019.6.20	陈春	张三		
	盐酸			10ml	2019.6.26	陈静	张三		
	三氯甲烷			24ml	2019.6.29	陈春	张三		
	三氯甲烷			98ml	2019.7.1	刘鹤	张三		

危化品台账记录不规范



仪器遮挡配电箱, 且放置烘箱上



台阶有安全隐患



无防火毯




废液桶叠放, 无二次防泄漏托盘

理科楼 A801-803

负责人：王卓然



实验室内饮食



试剂放置窗台玻璃框上

理科楼 A820

负责人：张文伟



实验废弃物未分类


理科楼 A813 , 负责人 : 邢莉萍



试剂瓶瓶盖未盖



灭菌锅旁无使用记录



配置试剂无标签、无封口



超净工作台未配置
灭火毯



药品箱中药品过
期、未补齐

理科楼 A817-819 , 负责人 : 管荣展




实验废弃物未及时清理



未设置废弃物临时存放区警示带
废液桶叠放, 无二次防泄漏托盘



试剂空瓶未按要求存放



药品箱中药品过期、未补齐




实验废弃物未分类

理科楼 A703 , 负责人 : 孔忠新




未明确标识、划定废弃区收集区域 废胶桶未盖盖子, 废液桶无二次防泄漏托盘



灭火器过期, 且无灭火器架

理科楼 A628 , 负责人 : 杨东雷



危化品台账记录不规范 台账数量与实际存放量不符



烘箱上堆放仪器
液氮罐未见安全警示标识和警戒线




灭火器放置无灭火器架

理科楼 A500-502 , 负责人 : 王云龙



超净台未配置灭火毯



酒精灯无人时正常点燃



液体容器敞口放置


理科楼 A509-511 , 负责人 : 刘裕强



实验室内饮食



试剂空瓶随处放置



液体容器敞口放置

理科楼 A515-517

负责人：周时荣



药品箱中药品过期、未补齐

理科楼 A501-513

负责人：张文伟



实验室内饮食



通风橱堆积杂物 玻璃视窗未关

理科楼 A521-523 , 负责人 : 王益华



试剂空瓶随处放置



液体容器敞口放置



配置试剂未见标签

理科楼 A527, 负责人: 杨冰



危化品台账记录不规范
台账数量与实际存放量不符



危化品柜内试剂标签已腐蚀



药品箱中药品过期、未补齐

理科楼 A531 , 负责人 : 刘玲珑



未明确标识、划定废弃区收集区域 废胶桶未盖盖子
废液桶无二次防泄漏托盘



通风橱堆积杂物 玻璃视窗未关



药品箱中药品过期、未补齐

理科楼 A401-403 , 负责人 : 周宝良



未明确标识、划定废弃区收集区域 试剂空瓶未按要求存放 灭火器放置无灭火器架




未明确标识、划定废弃区收集区域


理科楼 A405-407 , 负责人 : 张大勇



通风橱堆积杂物



灭菌锅使用记录不全



灭火器放置无灭火器架

理科楼 A413

负责人：蔡彩萍



液氮罐未见安全警示标识和警戒线 灭火器放置无灭火器架

理科楼 A421

负责人：周宝良



废液桶无二次防泄漏托盘

理科楼 A301-303 , 负责人 : 庄丽芳



液体容器敞口放置



气体钢瓶未标明使用状态



药品箱中药品过期、未补齐

理科楼 A305-307 , 负责人 : 王海燕



实验耗材存放容器不规范



药品箱中药品过期、未补齐


理科楼 A313-315 , 负责人 : 邢莉萍



实验室内饮食



实验耗材存放容器不规范




液体容器敞口放置

理科楼 A317-319 , 负责人 : 肖进



实验废弃物/耗材 存放容器不规范




液体容器敞口放置



实验室内饮食

理科楼 A321-323


负责人：曹爱忠



废弃物容器不符合要求


理科楼 A309

负责人：庄丽芳



实验耗材存放容器不规范

理科楼 A325-327 , 负责人 : 张瑞奇




液体容器敞口放置



废液桶无二次防泄漏托盘

理科楼 A101-103


负责人：董慧



三氯甲烷未放入危化品柜存放 液体容器敞口放置

理科楼 A105-107


负责人：曹爱忠



三氯甲烷未放入危化品柜存放

理科楼 A115

负责人：麻浩



三氯甲烷未放入危化品柜存放

理科楼 A131

负责人：唐灿明




废液桶无二次防泄漏托盘

理科楼 F609 负责人：李艳



学生不穿工作服

逸夫楼 5045 负责人：李姗



学生不穿工作服；垃圾不分类放置；垃圾桶放置区无指示标识；
胶桶不盖盖；垃圾存放量大